EVO Blue

Maintenance de la pièce à main Swiss DolorClast®

MTRHealth&Spa

Avec peu d'efforts, vous garantissez à votre pièce à main EVO Blue une durée de vie maximale et un emploi sans problème lors de chaque utilisation.

Prière de respecter les points suivants:

MAINTENANCE GÉNÉRALE

Le bon gel

Avec la pièce à main EVO Blue, veuillez utiliser uniquement le gel recommandé par Swiss DolorClast® pour ondes de choc: „**ESWT Contact Gel**". Seul ce gel garantit la viscosité correcte. Les autres gels causent des obstructions. Pour les dommages dus à de telles salissures, la prestation de garantie est annulée.

Prix	ESWT Contact Gel (art. no 1419): carton de 12 bouteilles à 250 ml	CHF	98.–

Nettoyage

Après chaque utilisation, au plus tard à la fin de chaque journée de traitement, il faut nettoyer la pièce à main avec un chiffon humide en veillant à bien enlever les résidus du gel. Démontez l'enveloppe et l'applicateur, enlevez le joint et rincez le tout à l'eau chaud (la pièce à main n'est pas protégée contre les projections d'eau) et veuillez bien sécher toutes les pièces.

Nettoyage des anneaux d'étanchéité

Afin d'éviter une chute de pression, il est conseillé de changer les anneaux d'étanchéité noires au plus tard après 200'000 impulsions. Un jeu d'anneaux d'étanchéité se trouve dans le coffret de la pièce à main. Un nouveau jeu d'anneaux d'étanchéité vous sera livré avec chaque kit de révision ou lors de chaque révision effectuée par MTR!

RÉVISION DE LA PIÈCE À MAIN

Intervalle de la révision

Révision après 1 million d'impulsions (tout au plus après 1.5 million d'impulsions).

Révision

Vous avez deux possibilités pour faire la révision de votre pièce à main EVO Blue:

a) Révision par vous-même

Durée	2 minutes		
Kit de révision	Avec chaque nouvelle pièce à main, vous recevez un premier kit de révision. D'autres kits peuvent être commandés auprès de MTR – Health & Spa SA au 044 787 70 80.		
Prix	Kit de révision EVO Blue (art. no 1410): piston & joints, mode d'emploi	CHF	400.–
Manutention	Prière de lire le mode d'emploi séparé remis par Swiss DolorClast®, livré avec chaque kit de révision. ATTENTION: vous ne pouvez pas faire vous-même la remise à zéro du compteur!		
Pas de garantie	Pour les révisions que vous faites vous-même et les problèmes dus à un montage incorrect, MTR – Health & Spa SA ne donne aucune garantie.		
Recommandation	Toutes les 4e révision, la pièce à main devrait être envoyée à MTR – Health & Spa SA pour une révision générale avec un test des fonctions, un nettoyage et la remise à zéro du compteur.		

b) Révision par MTR – Health & Spa SA

Durée	Env. 2 – 5 jours ouvrables (temps d'envoi non inclus).		
Prestations	Remplacement du piston et d'autres pièces d'usure (anneaux d'étanchéité, joints en silicone etc.), contrôle fonctionnel, remise à zéro du compteur, nettoyage simple.		
Prix	Frais de révision (frais d'envoi CHF 25.- non compris)	CHF	502.-
Manutention	Remplir le formulaire de révision MTR ci-joint, envoyer la pièce à main dans le coffret original y compris tous les accessoires de façon bien protégée à: *MTR – Health & Spa SA, Service technique, Sihleggstrasse 23, CH-8832 Wollerau.*		
Garantie	Sur les pièces de révision et le travail jusqu'à 1 million d'impulsions.		

INFORMATION

Pour toutes commandes et questions concernant la révision appelez notre service technique: au no de tél. 044 787 70 82.
Prix avec TVA de 8%.